

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MX11.H00305

Срок действия с 10.03.2017 по 09.03.2020

№ 0047961

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ RA.RU.11MX11

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ»
420127, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дементьева, д. 1, кор. 2, тел./факс (843) 571-32-42

ПРОДУКЦИЯ

Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН»
по ТУ 9452-001-27846954-2008

(см. приложение на бланках 0011501, 0011502, 0011503)
серийный выпуск

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

32.50.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4;

ТУ 9452-001-27846954-2008

КОД ТН ВЭД

9018 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН»,
ИНН 1658047200.

Юридический адрес: 420037, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41.

Фактический адрес: 420051, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Химическая, д.21.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН»

Юридический адрес: 420037, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41.

Телефон: +78435105445, Факс: +78435107730, адрес электронной почты: medikon@bk.ru

НА ОСНОВАНИИ

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2008/03233 от 15 июля 2015 года,
Протокола испытаний № S2-008-17 от 14.02.2017 Испытательного центра АНО «ЦИИС «СОЮЗ»,
рег. № RA.RU.21ME46 дата включения в реестр 07.12.2015 (г.Казань, ул.Дементьева, д.1, корп.2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации З. Периодичность инспекционного контроля – 1 раз в год. Знак соответствия добровольной сертификации, в соответствии с "Положением о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)", наносится на сопроводительную текстовую документацию



Руководитель органа

Эксперт

Н.В. Петряков

инициалы, фамилия

Н.И. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0011501

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.MX11.H00305

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

32.50.13.190
9018 90 000 0

Лотки металлические медицинские ЛММ-
"МЕДИКОН" по ТУ 9452-001-27846954-2008
в следующих исполнениях:

- лоток стоматологический ЛМС-
"МЕДИКОН", размерами в мм: 195x90x25;
- лоток стоматологический с крышкой ЛМСК-
"МЕДИКОН", размерами в мм: 195x90x25;
- лоток стоматологический с крышкой и уклад-
кой для ручного стоматологического инстру-
мента ЛМСУ-"МЕДИКОН", размерами в мм:
195x90x25;
- лоток стоматологический ЛМС-
"МЕДИКОН", размерами в мм: 195x130x25;
- лоток стоматологический с крышкой ЛМСК-
"МЕДИКОН", размерами в мм: 195x130x25;
- лоток стоматологический с крышкой и ук-
ладкой для ручного стоматологического
инструмента ЛМСУ-"МЕДИКОН", размерами
в мм: 195x130x25;
- лоток стоматологический ЛС-"МЕДИКОН",
размерами в мм: Ø 76x25;
- лоток стоматологический с крышкой ЛСК-
"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 76x25;
- лоток стоматологический с крышкой и ук-
ладкой для боров ЛСКБ-"МЕДИКОН",
размерами в мм: Ø 76x35;
- лоток стоматологический с крышкой и ук-
ладкой для эндоканального инструмента
ЛСКЭ-"МЕДИКОН", размерами в мм:
Ø 76x55;
- лоток стоматологический ЛС-"МЕДИКОН",
размерами в мм: Ø 100x25;
- лоток стоматологический с крышкой ЛСК-
"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 100x25;
- лоток стоматологический с крышкой и ук-
ладкой для боров ЛСКБ-"МЕДИКОН",
размерами в мм: Ø 100x35;

ТУ 9452-001-27846954-2008



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Н.В.Петряков

инициалы, фамилия

Н.И.Новикова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0011502

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.MX11.H00305

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.13.190 9018 90 000 0	<ul style="list-style-type: none"> - лоток стоматологический с крышкой и укладкой для эндоканального инструмента ЛСКЭ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 100x55; - лоток почкообразный ЛМП-"МЕДИКОН", размерами в мм: 160x85x28; - лоток почкообразный ЛМП-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200x120x30; - лоток почкообразный ЛМП-"МЕДИКОН", размерами в мм: 260x160x32; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200x150x25; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200x150x25; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200x150x45; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200x150x45; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 260x180x30; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 260x180x30; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 260x180x50; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 260x180x50; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 300x220x30; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 300x220x30; - лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 300x220x50; - лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 300x220x50; 	ТУ 9452-001-27846954-2008



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
Подпись

Н.В.Петряков

инициалы, фамилия

Н.И.Новикова

инициалы, фамилия

№ 0011503

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС RU.MX11.H00305

К сертификату соответствия № _____

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

32.50.13.190
9018 90 000 0

- лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 400x300x45;
- лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-"МЕДИКОН", размерами в мм: 400x300x45;
- лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 250x170x60;
- лоток прямоугольный сетчатый с крышкой ЛМПрКС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 250x170x60;
- лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 340x250x60;
- лоток прямоугольный сетчатый с крышкой ЛМПрКС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 340x250x60;
- лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 450x340x60;
- лоток прямоугольный сетчатый с крышкой ЛМПрКС-"МЕДИКОН", размерами в мм: 450x340x60;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 40x20;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 60x30;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 80x40;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 100x50;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 120x55;
- лоток шаровидный ЛШ-"МЕДИКОН", размерами в мм: Ø 150x65.

ТУ 9452-001-27846954-2008



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)

 Подпись

Н.В.Петряков

инициалы, фамилия

Н.И.Новикова

инициалы, фамилия