

**Аналитический паспорт**

Наименование	Набор полосок иммунохроматографических для одновременного выявления трех наркотических соединений в моче (ИХА-3-МУЛЬТИ-ФАКТОР)
--------------	--

Нормативный документ	ТУ 9398-029-31062356-2006
Серия	290113
Дата изготовления	январь 2013 г.
Срок годности	январь 2015 г.

Содержание анализа

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты контроля
<b>1. Внешний вид</b>		
1.1. Пластины индикаторный	Пластины из пластика белого цвета прямоугольной формы с тремя полосками белого цвета и защитным колпачком из пластика белого цвета. В средней части каждой полоски находится тестовая зона прямоугольной формы белого цвета с маркировкой: МОРФ, МАРКИ, АМФ. В верхней части каждой полоски находится графа для записи Ф.И.О. испытуемого, порядкового номера и даты тестирования. В нижней части каждой полоски нанесена линия, обозначающая уровень погружения в мочу (линия со стрелками над ней). На защитном колпачке нанесена этикетка из бумаги белого цвета с обозначением положительного и отрицательного результата тестирования (+, -).	соответствует
<b>2. Технические характеристики</b>		
2.1. Чувствительность, ат/мл, не более	Появление одной линии розового цвета в тестовой зоне полосок: Морфин -300 Маркумина -50 Амфетамин -1000	300 50 1000
<b>3. Показатели правильности определения</b>		
3.1. Положительный контроль	Появление одной линии розового цвета в тестовой зоне.	соответствует
3.2. Отрицательный контроль	Появление двух линий розового цвета в тестовой зоне планшета.	соответствует
3.3. Время выхода полоски на визуально-определяемую окраску, мин, не более	3 (появление одной линии розового цвета в тестовой зоне).	5 мин

Зав. ОТК  / Е.С.Фарафонова /

Штамп ОТК



Дата испытания: 9 января 2013 г.