

РОССИЯ СТАНДАРТ

ВНИИОФИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 3796/18-М

Действительно до  
«21» июня 2021 г.

Средство измерений Приборы для измерения артериального давления и  
*наименование, тип, модификация,*

частоты пульса цифровые исполнение WS-820, ГРСИ № 50668-12

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*

отсутствует

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера) 2017-1B0820-011001 – 2017-1B0820-015000

поверено в соответствии с описанием типа

*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «Рекомендации по метрологии.

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

ГСОЕИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

с применением эталонов: Государственного рабочего эталона единицы

*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке*

давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015, Государственного рабочего эталона  
единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015

при следующих значениях влияющих факторов: температура 22,0 °С;

влажность воздуха 54 %; атмосферное давление 99,4 кПа

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«22» июня 2018 г.



*С.Н.*  
Подпись  
*М.Ю.*  
Подпись



С.Н. Негода

*Инициалы, фамилия*

М.Ю. Филиппова

*Инициалы, фамилия*

по № XVIII002482