

**Открытое акционерное общество
Федеральный научно-технический центр метрологии
систем экологического контроля "Инверсия"**

Аттестат аккредитации № RA.RU.311264

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № M/19-0052

Действительно до 06 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и

исполнение, тип, модификация

частоты пульса цифровой (исполнение DS-10a), № в ФИФ 66704-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер (номера) SN2019-2A0A10-000001- SN2019-2A0A10-010000,

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено _____ в полном объеме _____

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с _____ P 1323565.2.001-2018

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Установка для поверки каналов измерения давле-

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии)

ния и частоты пульса УПКД-2, зав. № 160

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего

приводят перечень влияющих

воздуха 22,1 °С, атмосферное давление 99,2 кПа, влажность воздуха 63 %

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки _____



Главный метролог _____ Серебряков Олег Петрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель _____ Машкович Игорь Константинович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

подпись

Дата поверки 07 февраля 2019 г.