

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

27.09.2023

Наименование продукции:

Судно медицинское полимерное «Ладья»

Количество: \_\_\_\_\_

Упаковка, маркировка: ГОСТ 10354-82, ГОСТ 14192

Испытания выполнено по ТУ 9398-001-18388175-2005

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07405

Наименование показателей	Норма НТД	Результаты испытаний
Масса, кг.	$0,57 \pm 0,15$	0,57
Емкость, л.	Не менее 3,5	соответствует
Выдерживаемая нагрузка, Н	не менее 1500	1530
Выдерживаемая нагрузка н ручку, Н	не менее 200	210
Чистота поверхности	не ниже 8	Соответствует
Устойчивость к дезинфекции	МУ 287-113 ТУ 6-01-4689387-16-89	соответствует

Заключение : Соответствует ТУ

