



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
REGISTRATION CERTIFICATE  
№ ФСЗ 2009/04071

от 07 октября 2010 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано  
ООО "СиЭс Медика", Россия,  
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3  
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской  
техники)  
Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (см. Приложение  
на 1 листе)

производства  
"Шеньчжень Комплектсервис Индаст  
Брэнч", Китай, Shenzhen Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd. Wuxi  
Branch, №3 workshop, 38 Jingrui Road, Xibei Industrial Park, Xibei Town,  
Xishan District, 214194 Wuxi City, JiangSu Province, PRC  
"Шеньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трэйд Ко., Лтд.", Китай,  
Shenzhen Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd., Fujian Rd.,  
DaShuiKeng Community, Guanlan Street, Baoan, Shezhen, PRC

класс потенциального риска I

ОКП 94 4130

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №54614 от 20.08.2010

приказом Росздравнадзора от 07 октября 2010 года №9735-Пр/10

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Московской  
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития

Е.А. Тельнова

010815



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT  
№ ФСЗ 2009/04071**

Лист 1

Комплектация измерителя артериального давления механического  
CS Medica CS-106 (без фонендоскопа):

1. Манометр
2. Нагнетатель давления (груша)
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H,D,P,S,B,SL)
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
5. Мягкий футляр для хранения

CS Medica CS-106 (с фонендоскопом):

1. Манометр
2. Нагнетатель давления (груша)
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H,D,P,S,B,SL)
4. Оголовье фонендоскопа
5. Головка фонендоскопа
6. Y-образный звуковод фонендоскопа
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
8. Мягкий футляр для хранения

Z

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития



Е.А. Тельнова

07 октября 2010 года

012518