



Код ОКП 43 2417

**Паспорт  
Мензурки  
ГОСТ 1770-74**

**1. Назначение**

Предназначены для отмеривания точного объема жидкости в лабораторных процедурах.

**2. Основные технические характеристики**

Наименование	Вместимость, мл	Цена деления, мл	Высота, мм
Мензурка 50	50±2,5	5	80±5,0
Мензурка 100	100±5,0	10	100±5,0
Мензурка 250	250±5,0	25	120±5,0
Мензурка 500	500±12,5	25	150±10,0
Мензурка 1000	1000±25,0	50	170±10,0

1. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
2. Класс точности 2.
3. О – «отливные», вымеряемые «по отливу».

**3. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, РФ, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие мензурок требованиям ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.