



Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Код ОКП 946460

### Технические данные

## Пробирка вакуумная с Na-гепарином, для исследования плазмы, с зеленой крышкой

### 1. Код производителя

GT210-1006-6NH, GT210-1006-9NH.

### 2. Описание

Используется ПЭТФ пробирка. Внутренняя поверхность пробирки покрыта силиконом (снижает адгезию клеток крови к поверхности стенок). Наполнителем является натрий гепарин.

### 3. Область применения

Пробирки используются для подсчета клеток крови и исследования параметров плазмы.

### 4. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Пробирка	ПЭТФ (полиэтилентерефталат)
2	Крышка	Бутилкаучуковая крышка с п/эт покрытием
3	Промежуточная упаковка	Пенопластовый штатив
4	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

### 5. Размеры

Артикул поставщика	Код производителя	Объем крови	Цвет крышки	Объем	Диаметр	Высота
12007011	GT210-1006-6NH	6 мл	зеленая	7 мл	13 мм	100 мм
12007012	GT210-1006-9NH	9 мл	зеленая	10 мл	16 мм	100 мм

### 6. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

### 7. Условия хранения

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре  $\leq 40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $\leq 80\%$ .

### 8. Метод стерилизации

Гамма излучение.

### 9. Срок годности

2 года.